Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie

ZPZ-2375- 9773/18

Olsztyn, dnia 17 10.2018 r.

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dot. Zapytania ofertowego na zakup 2 szt. kardiomonitorów

W związku z zapytaniami uczestników postępowania na zakup 2 szt. kardiomonitorów, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, bez obliczeń wentylacyjnych i nerkowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów wyposażonych w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, bez obliczeń wentylacyjnych i nerkowych.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji ułatwiającej nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów bez funkcji ułatwiającej nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas.

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z następującymi mankietami wielorazowymi:
18-26 cm (mankiet mały) (2 szt. na każdy kardiomonitor)
25-35 cm (mankiet średni) (2 szt. na każdy kardiomonitor)
33- 47 cm (mankiet duży) (2 szt. na każdy kardiomonitor)
Zapewnia to większy zakres niż wymagany przez zamawiającego zakres 22-42 cm
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami opisu przedmioty zamówienia wymaga zaoferowania mankietów w zakresie obwodu ramienia 22-42- cm – 5 szt. Zamawiający wymaga zaoferowania mankietu średniego i dużego zaoferowanego przez Państwa.

Pytanie 4. Czy zamawiający w wymaganiu „Stolik na aparaturę medyczną w celu stabilnego umocowania kardiomonitora + koszyk na akcesoria." dopuści statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora oraz koszykiem na akcesoria?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów na statywie na kółkach z półką do montażu kardiomonitora oraz koszykiem na akcesoria.

1.Wymagania wspólne:
Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 4,3 kg?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów o masie 4,3 kg.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zawieszenia czasowego alarmów na 2 minuty?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów bez funkcji obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora 3h?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów zasilanych z akumulatora 3h

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów bez funkcji zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym.

2. Pomiar EKG:
Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści zakres czynności rytmu serca: 30-300 bpm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów z zakresem czynności rytmu serca: 30-300 bpm

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści analizę odcinka ST w zakresie -0,9 do +0,9 mV?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu 5% lub ±5 bpm (większa z tych wartości)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 12,5; 25 i 50 mm/s?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów o prędkości kreślenia 12,5; 25 i 50 mm/s.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie 0.5x, 1x, 2x i 4x ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów o wzmocnieniu 0.5x, 1x, 2x i 4x

3. Pomiar oddechów (RESP)
Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 6,25 mm/s; 0,625 mm/s?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

4. Pomiar saturacji (SpO2):
Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji bez funkcji pozwalającej na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 30 do 250 bpm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów z zakresem pomiaru pulsu 30 do 250 bpm

5.Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP):
Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru pulsu z mankietu NIBP?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie AUTO: regulowany w zakresie 1÷120 minut?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów z zakresem programowania interwałów w trybie AUTO: regulowany w zakresie 1÷120 minut.

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z automatycznym domyślnym początkowym ciśnieniem mankietu przy pomiarze NIBP 135 ±15 mmHg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów o automatycznym domyślnym początkowym ciśnieniem mankietu przy pomiarze NIBP 135 ±15 mmHg

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji ułatwiającej nakłucie żyły?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitorów bez funkcji ułatwiającej nakłucie żyły.

7. Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria:
Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania mankietu wielorazowego obwód ramienia od 8 do 40 cm, z możliwością stosowania mankietu dla otyłych na przedramię o obwodzie 36cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

Pytanie 23. – Pkt. 3 – „Prędkość kreślenia: do wyboru co najmniej 6,25mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s; 50mm/s"
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z trzema prędkościami kreślenia: 6,25mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym zakresie.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

mgr Krystyna Futyma

Sporządził w 1 egz. - MM
Egz. nr 1 - a/a
Otrzymują: uczestnicy postępowania /
zamieszczono na stronie internetowej SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie