Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

ZPZ – 2375 –10441 – 1/18 Olsztyn, 06.11.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dot: Przetarg nieograniczony „Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii ", nr sprawy ZPZ-44/09/18

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku ze złozonymi wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), udziela wyjaśnień co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 pozycji nr 2 oraz 7 koagulację monopolarną moc maksymalna 120 W. Generator dzięki technologii wykrywania tkanek pozwala na pracę urządzenia na znacznie niższych nastawach mocy.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje parametr w poz. 2 i 7 dopuszczając urządzenia o maksymalnej mocy monopolarnej 120 W.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 6 pozycji nr 3. wyrazi zgodę na zmianę zapisu z *„Możliwość rozbudowy do systemu zaawansowanej elektrochirurgii łączącej energię bipolarną z energią ultradźwiękową*" na *„ Diatermia posiada system zaawansowanej elektrochirurgii łączącej energię bipolarną z energią ultradźwiękową lub Diatermia posiada system zaawansowanej elektrochirurgii, wbudowany systemem zamykania naczyń, naczyń limfatycznych, pęczków tkankowych do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną"* . Punktacja przyjęte przez Zamawiającego bez zmian.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje opis w poz. 3 nadając mu brzmienie: „Diatermia posiada system zaawansowanej elektrochirurgii, wbudowany systemem zamykania naczyń, naczyń limfatycznych, pęczków tkankowych do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną".

Pytanie 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 6 pozycji nr 4. za równoważne uzna funkcję przywracania ustawień, które obowiązywały przed ostatnim wyłączeniem system? Oferent rekomenduje ustawienie mocy indywidualnie do pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający uważa taką funkcjonalność za rozwiązanie równoważne. Zamawiający precyzuje z powyższym opis w poz. 4.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy w zadaniu nr. 6 pozycji nr 11 miał na myśli włącznik nożny monopolarny ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania włącznika aktywującego zarówno tryb monopolarny jak i bipolarny.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6., aby platforma elektrochirurgiczna pozwalała na pracę dwóch narzędzi monopolarnych jednocześnie ? Funkcja ta pozwala skrócić czas zabiegów.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby diatermia posiadała system wykonujący minimum 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. Moc obliczeniowa pozwala na szybsze zamykanie naczyń oraz bezpieczną i skuteczną pracę używając energii monopolarnej oraz bipolarnej przy możliwe najniższych nastawach mocy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności.

Pytanie 7

Zadanie 11
Pytanie do pkt. 23:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator dwufazowy posiadający wzmacniacz toru EKG w zakresie 0,5 – 3 cm/ mV, z 5 poziomami ?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy defibrylatora dwufazowego posiadającego wzmacniacz toru EKG w zakresie 0,5 – 3 cm/ mV, z 5 poziomami.

Pytanie 8

Zadanie 11
Pytanie do pkt. 27:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator dwufazowy o natężeniu prądu stymulacji w zakresie 0 – 140 mA ?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna oferowane rozwiązanie za równoważne i dopuści zaoferowanie wysokiej klasy defibrylatora dwufazowego o natężeniu prądu stymulacji w zakresie 0 – 140 mA.

Pytanie 9

Zadanie 9
W związku z wymogiem dostarczenia ssaka w wersji mobilnej, na podstawie jezdnej, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie ssaka o wadze 12 kg. W przypadku ssaków w wersji na podstawie jezdnej, wyższa waga nie jest odczuwalna dla obsługi.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje punkt 3 nadając mu brzmienie: "Waga maksymalna urządzenia - 15 kg"

Pytanie 10

W zadaniu numer 9 w pozycji numer 3 wskazane jest, że Waga maksymalna urządzenia powinna wynosić 7KG. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ o wadze 15 KG?

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje punkt 3 nadając mu brzmienie: "Waga maksymalna urządzenia - 15 kg"

Pytanie 11

Zadanie 11
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czas ładowania do energii 200J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 200 J nie dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna oferowaną funkcjonalność za równoważną iwyraża zgodę na zaoferowanie defibrylatora z czasem ładowania do energii 200J nie dłuższym niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czasem ładowania do energii 200 J nie dłuższym niż 9 sekund na zasilaniu akumulatorowym.

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii) sprzętu, reakcja serwisu tj. przyjęcie zgłoszenia i kontakt z użytkownikiem urządzenia w celu wyjaśnienia problemu awarii wyniesie: do 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany umowy.

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku wystąpienia wad lub usterek (awarii), wymagającej przyjazdu serwisu, przybycie serwisu do Zamawiającego wyniesie maksymalnie 72 godzin w dni robocze, od zgłoszenia;"
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany umowy.

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3.7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Podstawowe wady i usterki (awarie) sprzętu w okresie gwarancji będą usuwane w terminie do **5 dni roboczych** od dnia przybycia serwisu, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub z uwagi na złożony charakter wady lub usterki termin usunięcia awarii może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu przybliżony termin usunięcia wady lub usterki; Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii sprzętu w terminie do **10 dni roboczych** od daty przybycia serwisu w dniu roboczym."
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany umowy.

Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3.8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany części lub elementu na nowy, jeżeli w okresie gwarancyjnym zostaną dokonane 3 naprawy dotyczące tej samej istotnej części lub elementu, a urządzenie nadal będzie wykazywać uszkodzenia uniemożliwiające używanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem;"
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany umowy.

Pytanie 16

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3.9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od podpisania umowy."
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany umowy.

Pytanie 17

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 i 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,3% na 0,1% oraz odpowiednio z 15% na 5%?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany umowy.

Pytanie 18

Dotyczy warunków umowy § 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani rozporządzania nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. Nie będzie mógł on też bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności rodzącej takie skutki. Wykonawca nie będzie mógł również rozporządzać wierzytelnością w taki sposób, aby mogła być ona przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki), jak również Wykonawca nie ma prawa przyjąć poręczenia za zobowiązanie Zamawiającego bez uzgodnienia z nim tego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany umowy.

Pytanie 19

Zadanie 9
Przedmiot zamówienia: Ssak elektryczny, ilość: 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak ,którego waga bez wózka wynosi 10,5 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje pkt. 3 zmieniając wagę maksymalną urządzenia na 15 kg.

Pytanie 20

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary bez nadstawki 72 x 61 x 108 cm?
Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek posiadający wymiary bez nadstawki 72 x 61 x 108 cm.

Pytanie 21

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w górny blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do łatwego prowadzenia?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w górny blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do łatwego prowadzenia.

Pytanie 22

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na pojemnik na zużyte igły zamocowany do nadstawki nad blatem roboczym?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w uchwyt na pojemnik na zużyte igły zamocowany do nadstawki nad blatem roboczym.

Pytanie 23

Czy (w pkt. 13 i 14) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden kosz/pojemnik na odpady medyczne?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w jeden kosz/pojemnik na odpady medyczne.

Pytanie 24

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 3 szuflady „małe" o wysokości 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w 3 szuflady „małe" o wysokości 15 cm.

Pytanie 25

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 1 szufladę „głęboką" o wysokości 22,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w 1 szufladę „głęboką" o wysokości 22,5 cm.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony we wkłady szuflad opisane w pkt. 19?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek bez wkładów do szuflad z pkt. 19.

Pytanie 27

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik/tackę na żel EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w pojemnik/tackę na żel EKG

Pytanie 28

Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na cewniki zamocowane do korpusu wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w pojemnik na cewniki zamocowane do korpusu wózka.

Pytanie 29

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w narożnikach nad kołami w krążki odbojowe?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) wózek wyposażony w narożnikach nad kołami w krążki odbojowe.

Pytanie 30

Zadanie 10
Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop o wadze 300 g?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna za równoważny (dopuści) videolaryngoskop o wadze 300 g.

Pytanie 31

Zadanie 1
1. Resektoskop
1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego w punktach 3 – 17 - resektoskopu bipolarnego „przepływowego" o nieco innych parametrach niż wstępnie wyspecyfikowane lecz tej samej funkcjonalności oraz charakteryzującego się większym profilem bezpieczeństwa umożliwiającym wykorzystanie techniki bipolarnej nie wymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu oraz wykorzystanie elektrod bipolarnych dwubiegunowych zawierającego:
- Element pracujący resektoskopu bipolarnego z pełnymi uchwytami na palce, z niezależnym uchwytem na kciuk
- Optyka resektoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.
- Płaszcz resektoskopowy, rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy - złożony z płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego, mocowanie płaszczy na „click"; płaszcz wewnętrzny ze skośną końcówką ceramiczną; płaszcza zewnętrzny wyposażony w podłączenia do dopływu i odpływu płynu irygacyjnego oraz rozbieralne, metalowe kraniki - 1 szt.
- Obturator standardowy do oferowanych płaszczy - szt. 1.

- Elektroda waporyzacyjna bipolarna wielorazowa autoklawowalna - szt. 2
- Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, autoklawowalna - szt.5
- Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, autoklawowalna - szt. 2
- Pojemnik do sterylizacji parowej min. 5 elektrod do resekcji i waporyzacji - szt. 1
- Strzykawka urologiczna 150 ml - szt. 1
- Adapter giętki do strzykawki do szybkiego łączenia z płaszczem resektoskopu - szt. 1
- Kabel HF do resektoskopu bipolarnego - szt. 1
- Światłowód do optyki, długość 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 3,5 mm, wymienne końcówki po stronie optyki do połączenia ze światłowodami różnych producentów - szt. 1
- Końcówka światłowodowa lub adapter współpracujące ze źródłem światła Olympus - szt. 1
- Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przypięcia taśm mocujących instrumenty - szt. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne (dopuści) opisane wyżej urządzenie.

Pytanie 32

2. Resektoskop

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego w punktach 3 – 15 – resektoskopu monopolarnego „przepływowego" o nieco innych parametrach niż wstępnie wyspecyfikowane lecz tej samej funkcjonalności, zawierającego:
- Element pracujący resektoskopu monopolarnego z pełnymi uchwytami na palce, z niezależnym uchwytem na kciuk
- Optyka resektoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.
- Płaszcz resektoskopowy, rozmiar 26 Fr., obrotowy, przepływowy - złożony z płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego, mocowanie płaszczy na „click"; płaszcz wewnętrzny ze skośną końcówką ceramiczną; płaszcza zewnętrzny wyposażony w podłączenia do dopływu i odpływu płynu irygacyjnego oraz rozbieralne, metalowe kraniki - 1 szt.
- Obturator standardowy do oferowanych płaszczy - szt. 1
- Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ pętla tnąca - szt. 10.
- Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ wałeczkowa - szt. 2.
- Elektroda wielorazowa autoklawowalna dedykowana do oferowanych płaszczy resekcyjnych typ kulkowa - szt. 2.
- Pojemnik do sterylizacji parowej min. 5 elektrod do resekcji i waporyzacji - szt. 1
- Kabel HF do resektoskopu bipolarnego - szt. 1
- Światłowód do optyki, długość 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 3,5 mm, wymienne końcówki po stronie optyki do połączenia ze światłowodami różnych producentów - szt. 1
- Końcówka światłowodowa lub adapter współpracujące ze źródłem światła Olympus - szt. 1
- Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przypięcia taśm mocujących instrumenty - szt. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne (dopuści) opisane wyżej urządzenie.

Pytanie 33

Zadanie 1
3. Cystoskop operacyjny z dźwignią Albarrana
1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego w punktach 3 – 14 – cystoskopu operacyjnego o nieco innych parametrach niż wstępnie wyspecyfikowane lecz tej samej funkcjonalności, zawierającego:
- Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.
- Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 70°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.
- Płaszcz cystoskopowy 17 Fr. z dwoma przyłączami typu luer z kranikami regulującymi dopływ/odpływ, umożliwiający pracę narzędziami 5 Fr.
- Wkładka cystoskopowa z dźwignią „Albarrana" z wejściem/portem - szt. 1
- Mostek/łącznik płaszcz cystoskopowy - optyka z 2 wejściami/portem do wprowadzania instrumentów - szt. 1
- Światłowód do optyki, długość 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 3,5 mm, wymienne końcówki po stronie optyki do połączenia ze światłowodami różnych producentów - szt. 1
- Końcówka światłowodowa lub adapter współpracujące ze źródłem światła Olympus - szt. 1
- Kleszczyki optyczne biopsyjne z końcówką łyżeczkową, (współpracujące z płaszczem) - szt. 1
- Kleszczyki biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, wymiar 5 Fr., o długości 400mm - szt. 1
- Kleszczyki do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, wymiar 5 Fr., o długości 400mm - szt. 1
- Kleszczyki biopsyjne giętkie, obie bransze ruchome, wymiar 7 Fr., o długości 400mm - szt. 1
- Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż", dno pojemnika perforowane umożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przypięcia taśm mocujących instrumenty - szt. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne (dopuści) opisane wyżej urządzenia.

Pytanie 34

Zadanie 3
Ureterorenoskop półsztywny
1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie opisanego w punktach 1 – 10 – ureterorenoskopu półsztywnego o nieco innych parametrach niż wstępnie wyspecyfikowane lecz tej samej funkcjonalności, zawierającego:
- Ureterorenoskop typ kompaktowy:
kąt patrzenia ureterorenoskopu 6°,
długość 43 cm,
okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu,
rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu,
jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr.,
kanał roboczy osiowy o rozmiarze 6 Fr., wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu,

wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych,
wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,
w pełni autoklawowalny,
umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność
- dedykowany pojemnik do sterylizacji ureterorenoskopu szt. 1
- Światłowód do optyki, długość 2300 mm średnica wiązki światłowodowej 3,5 mm wymienne końcówki po stronie optyki do połączenia ze światłowodami różnych producentów - szt. 1
- Końcówka światłowodowa lub adapter współpracujące ze źródłem światła Olympus - szt. 1
- Kleszczyki chwytające do dużych kamieni i fragmentów kamieni 5 Fr., do ureterorenoskopu długości 600 mm - szt. 1
- Kleszczyki chwytające typu „aligator" do fragmentów kamieni 5 Fr., do ureterorenoskopu długości 600 mm - szt. 1?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne (dopuści) opisane wyżej urządzenie.

Pytanie 35

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści aparat na podstawie jezdnej z blokadą indywidualną czterech kół?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazany parametr za równoważny (dopuści).

Pytanie 36

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami i z przyłączami do butli?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazany parametr za równoważny (dopuści).

Pytanie 37

Pkt.20 Czy Zamawiający przyzna również 1 pkt. za aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego, ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje pkt. 20 nadając mu brzmienie: "Podgrzewany układ oddechowy lub podgrzewane czujniki przepływu"

Pytanie 38

Pkt.22 Czy Zamawiający dopuści wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 1,37 l?

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje pkt. 22 - "Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,37 l"

Pytanie 39

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez tej funkcji?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna urządznie nie posiadające funkcji wskazanej w pkt. 25 za równoważne (dopuści), jeżeli aparat umożliwi bezpieczne znieczulanie przy niskich przepływach.

Pytanie 40

Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechu przy PCV w zakresie od 5 do 60 cmH2O ?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazany parametr za równoważny (dopuści).

Pytanie 41

Pkt. 72 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wydruki prekonfigurowanych raportów (w tym trendów parametrów życiowych i zdarzeń alarmowych) bez funkcji wydruku ekranu?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 42

Pkt.73 Czy Zamawiający dopuści monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 12", umożliwiający wyświetlanie 6 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymogi wskazane w SIWZ.

Pytanie 43

Pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w pamięć 400 zdarzeń zawierających 6 konfigurowalnych pól, z których każde może zawierać wybraną krzywą dynamiczną lub trend wybranych 2 parametrów?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 44

Pkt. 78 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości konfiguracji przycisków menu głównego interfejsu użytkownika? Taka funkcjonalność może doprowadzić do sytuacji, w której różne monitory pacjenta na oddziale będą różniły się rozkładem przycisków menu, a więc ich obsługa będzie mniej intuicyjna, a co za tym idzie narażone może być bezpieczeństwo pacjentów

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 45

Pkt. 79 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi punktu 79. kardiomonitor z możliwością automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia oświetlenia otoczenia?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 46

Pkt. 81 Czy Zamawiający przyzna także 2 pkt. monitor stacjonarny pacjenta z możliwością rozbudowy o moduł transportowy bez ekranu, zapewniającym kontynuację monitorowania pacjenta przez 1,5 godziny, który w czasie transportu podłączony do 12-calowego ekranu monitora transportowego pozwala na wyświetlanie do 6 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie za równoważne i przyzna za nie 2 punkty jeżeli Zamawiający otrzyma wraz z aparatem do znieczuleń monitor transportowy 12 cali.

Pytanie 47

Pkt. 85 Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w krótsze, standardowe przewody do podłączania elektrod EKG (3,6m)?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 48

Pkt. 87 Czy Zamawiający przyzna dodatkowy punkt w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii EK Pro, który jako jedyny spełnia wymogi AHA w zakresie wieloodprowadzeniowej analizy arytmii i realizuje ją w 4 odprowadzeniach jednocześnie dając tym samym najwyższą dokładność analizy i minimalizując wystąpienia fałszywych alarmów?

Odpowiedź:
Zamawiający dodaje do opisu punkt 87a.: " Algorytm analizy arytmii EK Pro, spełniający wymogi AHA w zakresie wieloodprowadzeniowej analizy arytmii i realizuje ją w 4 odprowadzeniach. Tak 2 pkt. Nie 0 pkt.

Pytanie 49

Pkt. 89 Czy Zamawiający dopuści alarm bezdechu realizowany pośrednio poprzez regulację dolnej i górnej granicy alarmu częstości oddechów od 4 do 120 odd/min w górę?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 50

Pkt. 91 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie liczbowej wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika jakości sygnału (zamiast współczynnika perfuzji) ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 51

Pkt. 92 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny z wykorzystaniem czujnika saturacji?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar zawartości hemoglobiny. Zamawiający usuwa pkt. 92.

Pytanie 52

Pkt. 95 Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w zakresie 0-45ºC z dokładnością w klinicznie istotnym przedziale od 25-45 ºC wynoszącą 0,2 ºC?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 53

Pkt. 97 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 54

Pkt. 98 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną w zakresie 15-260 mmHg?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 55

Pkt. 98 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowy punkt w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu pomiarowego Dinamap SuperSTAT wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów, odpornego na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, zapewniający najwyższą jakość pomiarów ciśnienia?

Odpowiedź:
Zamawiający przyzna 1 pkt. za wskazane rozwiązanie. Zamawiający dodaje do opisu punkt 98a.: " Algorytm pomiarowy typu Dinamap SuperSTAT wykorzystujący dwutubowy system wężyków i mankietów, odpornych na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca". Tak 1 pkt. Nie 0 pkt

Pytanie 56

Pkt. 104 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ciśnienia metoda inwazyjną ±4% lub ±4 mmHg (±5 kPa) (większa z tych wartości)?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 57

Pkt. 110 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia metodą elektromiografii z wykorzystaniem elektrosensora, która uznawana jest za złoty standard w zakresie monitorowania zwiotczenia i minimalizuje ryzyko występowania resztkowej blokady nerwowo-mięśniowej?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 58

Pkt. 111 Czy Zamawiający dopuści wielorazowy czujnik piezoelektryczny (mechanosensor) ze zintegrowanym adapterem na kciuk?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 59

Pkt. 107 i pkt. 112 Czy Zamawiający dopuści pomiar głębokości znieczulenia metodą BiS lub Entropii, oraz pomiar zwiotczenia nerwowo mięśniowego z wykorzystaniem stosownych modułów monitora pacjenta, stosowanych wymiennie, w jednym slocie dla modułu rozszerzeń monitora?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie 60

Pkt. 119 Czy Zamawiający przydzieli dodatkowy punkt w ocenie technicznej za rozwiązanie, które oprócz możliwości podłączenia i wyświetlania danych z oferowanego aparatu pozwala na integrację z pompami infuzyjnymi?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiego rozwiązania.

Pytanie 61

<u>Załącznik nr 5 do SIWZ</u>
Wzór umowy, par. 6 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 62

Dotyczy pakietu nr 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania działka biopsyjnego z funkcją głębokości penetracji w zakresie 16mm i 22mm.
Wszystkie pozostałe wymagane parametry zgodnie ze SIWZ

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 63

Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 64

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1
Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,1% od wartości netto niezrealizowanej dostawy,.
Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 65
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3
Naszym zdaniem, kary umowne za opóźnienia winny być naliczane w kwocie 0,1% od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia)

Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.
Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 66

Dotyczy § 7 ust. 2
Wnosimy o rozszerzenie zapisu o treść: **„po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.”**

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 67
Ad pkt 14
Czy Zamawiający dopuści aparat z elektronicznym mieszalnikiem, prezentacją liczbową przepływu świeżych gazów i stężenia O2 w mieszaninie oraz prezentacją przepływów gazów mieszaniny w formie graficznej na tzw. wirtualnych przepływomierzach?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 68
Ad pkt 27
Czy Zamawiający dopuści funkcjonalność pozwalającą na skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wzrostu / wagi pacjenta i przyzna 3 punkty?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści) i przyzna 3 punkty.

Pytanie 69
Ad pkt 28
Czy Zamawiający przyzna 2 punkty za system zliczający ilość zużytych anestetyków wziewnych w mililitrach? Podobnie jak w systemach obliczających koszt w EUR czy w USD konieczna jest operacja odpowiedniego przeliczenia, aby uzyskać wynik odzwierciedlający koszty lokalne.

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści) i przyzna 2 punkty.
Zamawiający modyfikuje opowiednio pkt. 28.

Pytanie 70
Ad pkt 51
Czy Zamawiający przyzna 2 punkty, jeśli w aparacie jest obecny wskaźnik optyczny ewakuacji gazów zużytych, sygnalizujący prawidłowe lub słabe lub niedziałające odprowadzanie zużytych gazów?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści) i przyzna 2 punkty.
Zamawiający modyfikuje opowiednio pkt. 51.

Pytanie 71
Ad pkt 65
Czy Zamawiający dopuści aparat z pomiarem i obrazowaniem spirometrii, pętle: ciśnienie – objętość, przepływ – objętość, z możliwością zapisania pętli referencyjnej i jej zapamiętania. Wyświetlana jest pętla bieżąca i 5 ostatnich pętli. Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych.

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).
.

Pytanie 72
Ad pkt 107
Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia nerwowo- mięśniowego za pomocą monitora TOFscan, połączonego z oferowanym monitorem w sposób zapewniający przesyłanie danych, wyświetlanie ich na ekranie oferowanego monitora i zapisywanie ich trendach razem z innymi monitorowanymi parametrami?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 73
Ad pkt 109
Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie na ekranie oferowanego monitora następujących trybów stymulacji:
- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów
- Tetanus 50 Hz
- Single Twitch?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 74
Ad pkt 112
Czy Zamawiający dopuści pomiar głębokości znieczulenia za pomocą monitora BISVista, połączonego z oferowanym monitorem w sposób zapewniający przesyłanie danych, wyświetlanie ich na ekranie oferowanego monitora i zapisywanie ich trendach razem z innymi monitorowanymi parametrami?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści).

Pytanie 75
Dot. projektu umowy par. 5 ust. 7)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalny czas naprawy wynosił 12 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu naprawy do 12 dni roboczych.

Pytanie 76
Dot. projektu umowy par. 5 ust. 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu, że dotyczy 3 napraw gwarancyjnych?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu par. 5 ust. 8, że dotyczy 3 napraw gwarancyjnych.

Pytanie 77
dot. zadania 5 i 6
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 r?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 5, sprzętu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 r., w zadaniu 6 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 78
Dot. SIWZ pkt. 11.5.2)
Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia przez Wykonawcę, że posiada wskazane dokumenty z potwierdzeniem, że na każde wezwanie dostarczy je Zamawiającemu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia.

Pytanie 79
Dot. Zadania nr 5 - Formularz wymaganych parametrów technicznych i użytkowych
Czy Zamawiający dopuści nagrywarkę zgodną z MDD, o pojemności 1 TB, z możliwością podłączenia zewn dysku poprzez port USB, bez możliwości bezpośredniego nagrywania plików na płytę DVD. Czy Zamawiający uzna ww. produkt za równoważny w punktacji jakościowej?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna wskazane rozwiązanie za równoważne (dopuści) i przyzna punkty.

Pytanie 80
Dot. Zadania nr 6 - Formularz wymaganych parametrów technicznych i użytkowych
Czy zamawiający wymaga aby platforma elektrochirurgiczna opartą na diatermi o wymaganych przez zamawiającego parametrach była poszerzona o bipolarne-ultradzwiękowy system zamykania naczyń do 7 mm, z funkcją noża harmonicznego, zwiększającą możliwości zastosowania, oraz spektrum zabiegów wykonywanych na bloku operacyjnym.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje opis w poz. 3 nadając mu brzmienie: „*Diatermia posiada system zaawansowanej elektrochirurgii, wbudowany systemem zamykania naczyń, naczyń limfatycznych, pęczków tkankowych do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną*

Zastępca Dyrektora ds. Spraw Lecznictwa
Jadwiga Snarska