Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

ZPZ – 2375 – 10474 – 1/18 Olsztyn, 07.11.2018 r.

Do uczestników postępowania

Dot: Przetarg nieograniczony „Modernizacja systemu trójwymiarowego obrazowania i weryfikacji pozycji pacjenta", ZPZ-43/09/18

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku ze złozonymi wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz Dz.U. 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669), udziela wyjaśnień co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1
Dotyczy: Formularz wymaganych parametrów technicznych optycznego systemu weryfikacji pozycji pacjenta (Załącznik nr 1 do Umowy)
1.13. Mozliwość zweryfikowania odległości od źródła promieniowania do powierzchni ciała pacjenta dla stołu obróconego w zakresie +/- 90° od izocentrum.
Czy zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie, w ktorym weryfikacja odleglości od źródła promieniowania do powierzchni ciała pacjenta będzie się odbywać dla stołu w pozycji 0° przed rotacją blatu o +/- 90° od izocentrum?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2
1.24. Rozdzielczość każdej z kamer co najmniej 1024x1024
Czy zamawiajacy zaakceptuje rozdzielczość kamer w pomieszczeniu akceleratorów wynoszącą 640x480 pikseli i jednocześnie pozwalającą na osiągnięcie wymaganej w postępowaniu dokładności klinicznej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3
1.25. Możliwość definiowania wielu obszarów zainteresowania
Oferowane rozwiązanie używa elastycznych algorytmów i śledzi w czasie rzeczywistym cały obszar powierzchni pacjenta zdefiniowany przez użytkownika. Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym oferowane urządzenie, po zeskanowaniu całej powierzchni ciała pacjenta pozwoli na zidentykowanie dowolnego obszaru zainteresowania, które będzie następnie śledzony?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)
Prosimy o wydłużenie o miesiąc terminu realizacji zamówienia. Biorąc pod uwagę termin otwarcia ofert wyznaczony na dzień 20.11.2018 oraz wymagany zakres prac wskazany przez zamawiającego termin realizacji 14.12.2018 jest mało realny. W przypadku akceptacji prosimy o adekwatną zmianę terminu p. VI § 7 ust. 5.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 5
VI § 6 ust. 1.
Prosimy o zmianę zapisu:
W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą sprzętu lub szkoleniem personelu Zamawiającego poza termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości **0,3%** wartości każdego niezrealizowanego Zadania brutto, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.
Na następująca treść:
W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostawą sprzętu lub szkoleniem personelu Zamawiającego poza termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości **0,1%** wartości każdego niezrealizowanego Zadania brutto, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 6
VI § 6 ust. 3.
Prosimy o zmianę zapisu:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **15%** wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez każdą ze stron od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Na następująca treść:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości **15%** wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 2 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 7
VI § 7 ust. 1.
Prosimy o zmianę zapisu:
W razie opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 10 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Na następująca treść:
W razie opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 30 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 8
Dotyczy ogólnych warunków realizacji zamówienia:
Czy zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej przed upłynięciem terminu składania ofert? Prosimy o wyznaczenie terminu.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Oferenta, pod warunkiem co najmniej tygodniowego uprzedzenia.

Pytanie 9
W związku z dużym zakresem prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający przewiduje wyłączenie z eksploatacji pomieszczeń akceleratorów i tomografu na czas realizacji prac, czy zostaną one udostępnione jedyne w określonych dniach i godzinach? Prosimy o podanie precyzyjnej informacji.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje wyłączenie z eksploatacji pomieszczeń akceleratorów i tomografu w celu realizacji przedmiotu zamówienia , pod warunkiem że prace nie będą odbywały się jednocześnie dla obu pomieszczeń akceleratorów, a przerwa nie będzie dłuższa niż 2 dni robocze na każde pomieszczenie. Ponadto wszystkie pomieszczenia będą dostępne po godzinie 18 każdego roboczego dnia i przez cały dzień w weekendy.

Pytanie 10
W związku z tym, że kamery każdego optycznego systemu wizualizacji pacjenta montowane są trwale, na stałe, w jednym miejscu na suficie, istniej możliwość, że głowica akceleratora może podczas ruchu wokół pacjenta zasłonić je czasowo a wtedy pole obrazowania będzie zredukowane, co jest obiektywną cechą wszystkich dostępnych na rynku systemów. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie w/w zapisu lub jego modyfikację w celu dopuszczenia systemu do optycznego pozycjonowania pacjenta, w którym podczas pracy mogą zaistnieć wyżej opisane sytuacje.
Odpowiedź:
Zamawiający w p.1.9 Formularza parametrów technicznych: „Możliwość obrazowania powierzchni ciała pacjenta w obszarze objętości skanowanej niezależnie od położenia osi stołu terapeutycznego i kąta głowicy" wymaga spełnienia tego warunku z wykorzystaniem oferowanego systemu jako całości, nie wymaga natomiast wykorzystywania obrazu z trzech kamer jednocześnie. Zamawiający zdaje sobie sprawę z faktu, że głowica akceleratora może przysłonić którąś z kamer, wówczas obrazowanie ciała pacjenta następuje z wykorzystaniem pozostałych kamer. W związku z tym Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany.

Pytanie 11
Dotyczy Załącznik nr 2 pkt 1.19. oraz 1.20.
W związku z tym, że oferowany przez nas system posiada własny system bramkowania oddechowego i ni potrzebuje oraz nie obsługuje badań prospektywnych i retrospektywnych otrzymanych z tomografu komputerowego, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogów lub modyfikację tego punktu na parametry punktowane?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby za pomocą oferowanego systemu, we współpracy z posiadanym tomografem, możliwe było wykonanie badania 4D CT.

Pytanie 12
Czy sformułowanie punktu 1.13. w załączniku nr 2 do SIWZ w postaci:
Możliwość zweryfikowania odległości od źródła promieniowania do powierzchni ciała pacjenta dla stołu obróconego w zakresie ±90° od izocentrum.
Należy rozumieć jako:
Możliwość zweryfikowania odległości od źródła promieniowania do powierzchni ciała pacjenta dla gantry obróconego w zakresie ±90° od izocentrum?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany zapis należy rozumieć dokładnie tak jak to zostało opisane w punkcie 1.13. załącznika nr 2 do SIWZ.

P.O. Z-CY DYREKTORA DS. LE...
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ...
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsz...

Prof. nadzw. dr hab. n. med. ...